Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/AOSD+/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry minimalne

Przedmiot zamówienia		**Fotele ginekologiczne z regulowaną wysokością – 3 szt.**
1.	Fabrycznie nowe	wyprodukowany w 2026 r.
2.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie	min. 200 kg – ważne dla pacjentek bariatrycznych
3.	Funkcja regulacji wysokości fotela	tak, realizowana elektrycznie
4.	Zakres wysokości regulacji fotela	min. 42-48 cm w najniższym położeniu
5.	Budowa segmentowa	fotel ginekologiczny 3 segmentowy – segment głowy, pleców i siedziska
6.	Segment siedziska	„płasko-horyzontalnie" w najniższym ustawieniu zapewniający łatwe wsiadanie osobom z niepełnosprawnością
7.	Regulacja kąta pochylenia segmentu głowy	tak, realizowana elektrycznie lub/i mechanicznie
8.	Regulacja kąta pochylenia segmentu pleców	tak, realizowana elektrycznie
9.	Regulacja kata pochylenia segmentu siedziska	tak, realizowana elektrycznie
10.	Programator pozycji do badań i zabiegów	min. 2 programowane ustawienia
11.	Regulowane podkolanniki	tak, w kolorze tapicerki
12.	Odchylane podłokietniki	tak
13.	Barierki boczne	tak, możliwość składania lub wypinania – dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia
14.	Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce	tak, z możliwością sprawnego demontażu
15.	Pojemnik/misa ze stali nierdzewnej na uchylnym ramieniu	tak
16.	System jezdny z możliwością blokady kółek	tak

17.	Konstrukcja/podstawa	a) system kolumnowy - jedna lub dwie kolumny zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania przy maksymalnym obciążeniu b) z elementami zabezpieczającymi z tworzywa sztucznego w kolorze białym c) łatwa w utrzymaniu czystości
18.	Pilot funkcyjny	tak, pilot przewodowy ręczny
19.	Pokrycie tapicerskie	powłoka z materiału trwałego, zmywalnego, łatwego do utrzymania w czystości oraz odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych
20.	Kolor tapicerki	dostępna szeroka gama kolorystyczna tapicerki
21.	Instrukcja obsługi/mycia/dezynfekcji (jeśli dotyczy)	w języku polskim
22.	Deklaracja zgodności	tak
23.	Gwarancja	min. 24 m-ce

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze, jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającego, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

„MERKURY" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Lek. Stom. Piotr Ziętek