ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_FENX_2025 z dnia 19.03.2025 r

W związku z powierzeniem grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr 012OW/5397/I/2024 „Merkury" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup aparatu USG wszechstronnego

ZAMAWIAJĄCY:

„MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Zamawiający

TRYB ZAMÓWIENIA:

Koszty związane z realizacją Przedsięwzięcia muszą być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów publicznych.

„Merkury" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych, posiada własny dokument regulujący sposób dokonywania zakupów stworzony na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

O wprowadzonych zmianach w zapytaniu Zamawiający poinformuje Oferentów mailem oraz zawiesi informacje na stronie internetowej www.przychodniamerkury.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowe wymagania będące przedmiotem zapytania:

Nazwa: **Zakup aparatu USG wszechstronnego**

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać certyfikat CE dopuszczające do obrotu na terenie UE oraz wpis do RWM (Rejestr Wyrobów Medycznych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna określona poniższej.

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Punktacja - Kryterium 0/1	Ocena
1.	Aparat na podstawie jezdnej z czterema kółkami, łatwy w transporcie i przemieszczaniu pomiędzy salami.	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1pkt**	
2.	Liczba kanałów przetwarzania min. 850.000	Tak	**850.000 – 900.000: 0 pkt.** **900.001 – więcej: 1 pkt.**	
3.	Wersja oprogramowania wprowadzona na rynek nie wcześniej niż w 2022 r	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
4.	Dynamika systemu, min 350 dB	Tak	**350-375 dB 0 pkt** **376-więcej dB 1 pkt**	
5.	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, min.3	Tak	**3 gniazda - 0 pkt** **4 gniazda - 1 pkt**	
6.	Monitor LCD o rozdzielczości min 1920x1080 pikseli, o przekątnej min. 21”.	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
7.	Możliwość podłączenia drugiego, zewnętrznego monitora, poprzez gniazdo HDMI VGA	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
8.	Monitor zamontowany na łamanym ramieniu	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
9.	Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz z możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, przekątna min. 10”	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
10.	Zakres częstotliwości pracy USG, min 2-18 MHz	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
11.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej, min 18000 klatek	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
12.	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop – pamięć dynamiczna, w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
13.	Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm	Tak	**Do 32 cm – 0 pkt**	

			pow. 32 cm -1 pkt	
14.	Ilość ustawień wstępnych tzw. Presetów programowych przez użytkownika min. 40	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
15.	Ochrona przed wirusami oraz „biała lista" oprogramowania – uniemożliwiająca uruchomienie szkodliwych programów	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
16.	Automatyczny zapis danych w przypadku nagłego zaniku prądu. Bezpieczne przejście w tryb czuwania – standby do momentu ponownego włączenia zasilania sieciowego	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
17.	Głośność pracy systemu poniżej 35 dB.	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
18.	Obrazowanie i prezentacja obrazu	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
19.	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B, M, B+M, D,B+D, B+D+M, B+C Color Doppler, B+PD Power Doppler, 4B Color Doppler, 4B Power Doppler, B+Color+M	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
20.	Frame rate – maksymalna prędkość obrazowania dla trybu B min 900 obrazów/s	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
21.	Zaawansowane obrazowanie harmoniczne	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
22.	Obrazowanie w trybie spektralnym Doppler pulsacyjnym	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
23.	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego, przy zerowym kącie bramki, min. 10 m/s	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
24.	Obrazowanie w trybie Spektralnym Doppler Ciągły	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
25.	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego min. 20 m/s	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	

26.	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy ze wszystkich głowic	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
27.	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
28.	Obrazowanie w trybie Triplex, jednoczesne wyświetlanie obrazów na żywo trybów B + CD/PD + PWD na wszystkich głowicach	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
29.	Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
30.	Obrazowanie w trybie Dopplera tkankowego	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
31.	Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej, obrazowanie trapezowe – poszerzony odcinek przy skórny z głowicy sektorowej	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
32.	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
33.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
34.	Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej w zakresie min +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
35.	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym, min 500GB.	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
36.	Funkcje zmian (postprocessingu) na obrazach z archiwum systemu: 1. Wzmocnienie/gain – (pętle/ obrazy bieżące) 2. dynamika 3. automatyczna optymalizacja obrazu tkankowego 4. mapy szarości 5. Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące)	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	

	6. linia bazowa 7. symultaniczna prezentacja B+B/CFM			
37.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
38.	Min. 5 gniazd USB do podłączenia urządzeń peryferyjnych	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
39.	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, pamięci zewnętrznej oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
40.	Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
41.	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x 8 razy	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
42.	Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x 8 razy	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
43.	Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. x 8 razy	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
44.	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
45.	Wbudowany moduł EKG z zestawem kabli dla dorosłych	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
46.	Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Naczyniowych, Małych narządów, Mięśniowo – szkieletowych, Pediatrycznych, Brzusznych	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
	Głowice ultrasonograficzne			
1.	Głowica elektroniczna sektorowa matrycowa kardiologiczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-4,0 MHz	Tak	**Kąt 90º-100º – 0 pkt** **Kąt 101º-więcej – 1 pkt**	

	Kąt obrazowania min. 90 ° Głębokość obrazowania do min. 30cm Obrazowanie harmoniczne			
2.	Głowica elektroniczna convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 - 5,0 MHz Pole widzenia min. 65° Głębokość obrazowania do min. 32cm Obrazowanie harmoniczne	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
3.	Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min 4,0 – 13,0 MHz Pole widzenia min. 35mm Głębokość obrazowania do min. 12cm Obrazowanie harmoniczne	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
	Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania oferty			
1.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę microconvex o częstotliwości pracy min. 4 -10 MHz i głębokość obrazowania do min. 12cm	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
2.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzełykowych o częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm.	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
3.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 3,0 – 7,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	

4.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 5,0 – 12,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 12 cm	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
5.	Możliwość rozbudowy systemu o „ślepą" głowicę ołówkową CW	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
6.	Możliwość rozbudowy systemu o tryb M-mode anatomiczny	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
7.	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do prób wysiłkowych	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
8.	Możliwość rozbudowy systemu o pomiar odkształcenia podłużnego do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej oraz obliczania parametru Global Longitudinal Strain. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
9.	Możliwość rozbudowy systemu o opcję automatycznych pomiarów w trybie Dopplera spektralnego, bazującą na sztucznej inteligencji	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
10.	Możliwość rozbudowy o zewnętrzny – kompatybilny z USG system do analizy postprocessingowej i obliczeń parametrów kardiologicznych min. GLS Global Longitudinal Strain, AVA, PISA	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
11.	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
	Dodatkowe			
1.	Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	

2.	Możliwość eksportu danych na nośnik zewnętrzny typu USB, dysk SSD w formie AVI, JPG i otworzenia na dowolnym komputerze	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	
3.	Możliwość zgromadzenia danych medycznych w formie surowej (RAVData) w celu ich profesjonalnej oceny	Tak	**Nie 0 pkt** **Tak 1 pkt**	

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze, jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającego, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien wskazać charakterystykę przedmiotu: typ/model, specyfikację techniczną oraz nazwę producenta jako załącznik do formularza ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI:

„MERKURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-300, Dąbrowa Górnicza

ul. K. Adamieckiego 13

TERMIN REALIZACJI:

II kwartał 2025

KRYTERIA OCENY

1. Cena (Kc) – waga: 90 pkt.

Prosimy o podanie cen w wartościach brutto w PLN (zawierających podatek VAT).

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny brutto oferty do ceny brutto najniższej oferty złożonej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.

$$Kc = \frac{Kcb}{Kco} \times 100 \times 90\ \%$$

gdzie:

Kc - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

Kcb - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Kco - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

2. Gwarancja na sprzęt (Kgs) - waga: 10 pkt.

    - okres trwania gwarancji mniej niż 36 m-cy – 0 pkt.
    - okres trwania gwarancji 36 m-cy i więcej - 10 pkt.

3. Kryterium funkcjonalnościowe/ jakościowe (Kf) – waga: 63 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością punktów (maksymalnie 163 pkt).

Ostateczna ocena oferty zostanie wyliczana według wzoru:

O = Kc +Kgs+Kf

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

Kc – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium ceny brutto;

Kgs – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancji na sprzęt;

Kf – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium funkcjonalności sprzętu

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą propozycji wymienionych wyżej założeń, oferta nie będzie rozpatrywana i nie będzie podlegała ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – KRYTERIA DOSTĘPU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu:

   Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo / kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, Opieki lub kurateli,

e) pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwość.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu / kryteria dopuszczające:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz ofertowy).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom i treści zapytania ofertowego.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ofertę należy złożyć do dnia: **26.03.2025**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy składać mailem na adres tkowalczyk@przychodniamerkury.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (w sekretariacie Zamawiającego).

Do zapytania ofertowego **1_FENX_2025** dołączony jest dodatkowo **załącznik nr 2** – Oświadczenie o braku współpracy z Rosją (załącznik nr 8 do umowy o powierzenie grantu) - który Oferent jest zobowiązany podpisać w momencie wyłonienia go jako Wykonawca.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany wyżej adres mailowy.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail tkowalczyk@przychodniamerkury.pl lub telefonicznie pod nr tel. (32)262-36-71 wew.12. do dnia **24.03.2025.**
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Tatiana Kowalczyk

Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania - minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU: do 10 dni od zamknięcia terminu składania ofert

Wyniki postępowania zostaną rozesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów.

ZASADY ROZLICZEŃ

Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi po dostarczeniu, montażu oraz przeszkoleniu personelu z obsługi aparatu USG (szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych)

Podstawą rozliczenia będą faktury VAT płatne w terminie 14 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią kadrą pracowników o niezbędnych kwalifikacjach i uprawnieniach, zapewniającą prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią ilością, rodzajem i jakością sprzętu, narzędzi i innych niezbędnych środków potrzebnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku współpracy z Rosją